

## 补充内容

项目名称：浠水县疾病预防控制中心 DR 设备采购项目（第二次）原谈判文件第四章采购内容及要求：

序号	设备名称	数量	采购预算	最高限价
1	DR	1 套	80 万元	68 万元

现变更为：

序号	设备名称	数量	采购预算	最高限价
1	DR	1 套	80 万元	68 万元
2	干式胶片打印机	1 套		

备注：原谈判文件 DR 设备技术参数不变。

### 干式打印机招标参数：

干式胶片打印机：干式激光成像仪

打印机成像方式：干式激光成像

适用胶片尺寸：35\*43cm、26\*36cm、25\*30cm、20\*25cm

打印速度 $\geq$ 100 张/小时

软件功能：具有自动影像质量控制具有 SAR 及 A-VR 图像处理功能，确保质量稳定性，打印胶片符合质控要求。

DICOM 兼容性：具有标准 DICOM 3.0 接口，可以在 PACS（标准 3.0 接口）网络连接。

打印空间解像力：508 dpi

供片盒数量：2 个

打印校准要求：内置密度仪可自动准确地调节密度

打印机最小像素尺寸：50 微米

影像灰阶度：14bit

电源：输入电压 AC100-240V/单相频率 50-60Hz

3、更正日期：2024-04-30

三、其他补充事宜

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：浠水县疾病预防控制中心

地址：湖北省浠水县清泉镇水月路

联系方式：15327723899

2、采购代理机构信息

名称：湖北保都招标代理有限公司

地址：浠水县闻一多大道 120 号

联系方式：0713-4263055

3、项目联系方式

项目联系人：涂先生

电话：0713-4263055